

A.F. SUBMINIATURE PENTODE for hearing aids
 PENTHODE SUBMINIATURE B.F. pour appareils pour sourds
 NF-SUBMINIATURPENTODE für Schwerhörigengeräte

Heating : direct by D.C.;
 series or parallel supply

Chauffage: direct par C.C.;
 alimentation en série ou
 en parallèle

$V_f = 0,625 \text{ V}$




$I_f = 10 \text{ mA}$

Heizung : direkt durch Gleichstrom;
 Serien-oder Parallelspei-
 sung

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Subminiature

Capacitances (measured without external screen)

Capacités (mesurées sans blindage extérieur)

Kapazitäten (gemessen ohne äussere Abschirmung)

$C_{g1} = 1,8 \text{ pF}$

$C_a = 2,0 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,2 \text{ pF}$

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

$V_a = 15 \text{ V}$

$V_{g2} = 15 \text{ V}$

$I_a = 60 \mu\text{A}$

$I_{g2} = 20 \mu\text{A}$

$V_{g1} = -0,62 \text{ V}$

$S = 100 \mu\text{A/V}$

$R_f = 1,0 \text{ M}\Omega$

$\mu_{g2g1} = 7,5$

1) Red spot
 Point rouge
 Roter Punkt

2) This part of the leads should not be bent
 Cette partie des fils ne sera pas pliée
 Dieser Teil der Drähte soll nicht gebogen werden

3) This part of the leads should not be soldered
 Cette partie des fils ne sera pas soudée
 Dieser Teil der Drähte soll nicht gelötet werden

A.F. SUBMINIATURE PENTODE for hearing aids
 PENTHODE SUBMINIATURE B.F. pour appareils pour sourds
 NF-SUBMINIATURPENTODE für Schwerhörigengeräte

Heating : direct by D.C.;
 series or parallel supply

Chauffage: direct par C.C.;
 alimentation en série ou
 en parallèle

$V_f = 0,625 \text{ V}$




$I_f = 10 \text{ mA}$

Heizung : direkt durch Gleichstrom;
 Serien-oder Parallelspei-
 sung

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Subminiature

Capacitances (measured without external screen)

Capacités (mesurées sans blindage extérieur)

Kapazitäten (gemessen ohne äussere Abschirmung)

$C_{g1} = 1,8 \text{ pF}$

$C_a = 2,0 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,2 \text{ pF}$

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

$V_a = 15 \text{ V}$

$V_{g2} = 15 \text{ V}$

$I_a = 60 \text{ } \mu\text{A}$

$I_{g2} = 20 \text{ } \mu\text{A}$

$V_{g1} = -0,62 \text{ V}$

$S = 100 \text{ } \mu\text{A/V}$

$R_f = 1,0 \text{ M}\Omega$


$\mu_{g2g1} = 7,5$

1) Red spot
 Point rouge
 Roter Punkt

2) This part of the leads should not be bent
 Cette partie des fils ne sera pas pliée
 Dieser Teil der Drähte soll nicht gebogen werden

3) This part of the leads should not be soldered
 Cette partie des fils ne sera pas soudée
 Dieser Teil der Drähte soll nicht gelötet werden

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten




$R_a = 2,2 \text{ M}\Omega$ $R_{g1'} = 5 \text{ M}\Omega$

V_b (V)	$-V_{g1}$ (V)	R_{g1} ($\text{M}\Omega$)	R_{g2} ($\text{M}\Omega$)	I_k (μA)	V_i (mV)	$\frac{V_i}{V_o}$
15	-0,62	5	2,7	6,6	50	23,5
18	-0,62	5	3,3	7,6	50	26,5
15	0	10	4,5	6,4		25
18	0	10	5,0	7,6		29,5

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$V_a = 45 \text{ V}$
 $V_{g2} = 45 \text{ V}$
 $W_a = 1,5 \text{ mW}$
 $W_{g2} = 0,5 \text{ mW}$
 $I_k = 75 \mu\text{A}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten



$$R_a = 2,2 \text{ M}\Omega \quad R_{g1'} = 5 \text{ M}\Omega$$

V_b (V)	$-V_{g1}$ (V)	R_{g1} (M Ω)	R_{g2} (M Ω)	I_k (μ A)	V_i (mV)	$\frac{V_i}{V_o}$
15	-0,62	5	2,7	6,6	50	23,5
18	-0,62	5	3,3	7,6	50	26,5
15	0	10	4,5	6,4		25
18	0	10	5,0	7,6		29,5

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten


$$\begin{aligned} V_a &= 45 \text{ V} \\ V_{g2} &= 45 \text{ V} \\ W_a &= 1,5 \text{ mW} \\ W_{g2} &= 0,5 \text{ mW} \\ I_k &= 75 \text{ } \mu\text{A} \end{aligned}$$

PHILIPS

DF 64

7R03963

DF 64 3-11-53



11.11.1953


A

DF 64

PHILIPS


7R03964

DF 64 3-11-53



PHILIPS

DF 64



11.11.1953

C



	DF64	
page	sheet	date
1	1	1953.11.11
2	1	1955.09.09
3	2	1953.11.11
4	2	1955.09.09
5	A	1953.11.11
6	B	1953.11.11
7	C	1953.11.11
8	FP	2000.03.10